



Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.  
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze  
tel. 32 277 61 00 fax. 32 271 73 11  
www.szpitalzabrze.pl  
sekretariat@szpitalzabrze.pl

Kapitał zakładowy 177 267 100,00 zł  
NIP 648-270-05-83  
REGON 241127857  
KRS 0000328484

Prezes Zarządu  
tel. 32 277 61 00  
fax. 32 271 73 11

Wiceprezes ds. Organizacyjno-  
Prawnych  
tel. 32 277 61 00  
fax. 32 271 73 11

Wiceprezes ds. Techniczno-  
Administracyjnych  
tel. 32 277 61 00  
fax. 32 271 73 11

Dyrektor ds. Medycznych  
tel. 32 277 61 00  
fax. 32 271 73 11

Z-ca Dyrektora ds. Organizacji Usług  
Medycznych i Statystyki  
tel. 32 277 62 00

Naczelna Pielęgniarka  
tel. 32 277 61 16

Główny Księgowy  
tel. 32 277 61 11

Biuro Prawne  
tel. 32 277 62 03

Dział Administracji Zamówień  
i Logistyki  
tel. 32 277 61 24

Dział Organizacji Usług Medycznych  
i Statystyki  
tel. 32 277 61 04

Dział Ekonomiczno-Finansowy  
tel. 32 277 61 12

Dział Kadr  
tel. 32 277 61 20

Dział Controllingu i Analiz  
Finansowych  
tel. 32 277 61 89

Dział Planowania i Rozliczeń Usług  
Personelu Medycznego  
tel. 32 277 61 21

Dział Techniczno-Gospodarczy  
tel. 32 277 61 23

Sekcja Plac  
tel. 32 277 61 13

Zabrze, dnia 23.07.2024 r.

**Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko**

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o. o.

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 4

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

- uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące na bloku operacyjnym

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg

1. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg z ramieniem C decyzja Nr 306/2019 r.
2. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg z ramieniem C decyzja Nr 103/2020 r.
3. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg z ramieniem C decyzja Nr 104/2020 r.
4. Decyzja Nr 89 – zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii zabiegowej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia.

Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.  
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze  
tel. 32 277 61 00 fax. 32 271 73 11  
www.szpitalzabrze.pl  
sekretariat@szpitalzabrze.pl

Kapitał zakładowy 177 267 100,00 zł  
NIP 648-270-05-83  
REGON 241127857  
KRS 0000328484

Prezes Zarządu  
tel. 32 277 61 00  
fax. 32 271 73 11

Wiceprezes ds. Organizacyjno-  
Prawnych  
tel. 32 277 61 00  
fax. 32 271 73 11

Wiceprezes ds. Techniczno-  
Administracyjnych  
tel. 32 277 61 00  
fax. 32 271 73 11

Dyrektor ds. Medycznych  
tel. 32 277 61 00  
fax. 32 271 73 11

Z-ca Dyrektora ds. Organizacji Usług  
Medycznych i Statystyki  
tel. 32 277 62 00

Naczelną Pielęgniarką  
tel. 32 277 61 16

Główny Księgowy  
tel. 32 277 61 11

Biuro Prawne  
tel. 32 277 62 03

Dział Administracji Zamówień  
i Logistyki  
tel. 32 277 61 24

Dział Organizacji Usług Medycznych  
i Statystyki  
tel. 32 277 61 04

Dział Ekonomiczno-Finansowy  
tel. 32 277 61 12

Dział Kadr  
tel. 32 277 61 20

Dział Controllingu i Analiz  
Finansowych  
tel. 32 277 61 89

Dział Planowania i Rozliczeń Usług  
Personelu Medycznego  
tel. 32 277 61 21

Dział Techniczno-Gospodarczy  
tel. 32 277 61 23

Sekcja Plac  
tel. 32 277 61 13



## SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU

Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie:  
systematycznych pomiarów dawek indywidualnych.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek  
granicznych dla pracowników.

Z wykonanych pomiarów dozymetrycznych rozkładu mocy dawki  
promieniowania jonizującego wokół aparatów sporządzono sprawozdania:

nr DL-376/HR-137/2019/01/S

nr TP-X/02/2020/07

nr TP-X/02/2020/08, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian,  
stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni  
rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w  
sąsiedztwie, przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i §  
3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U.  
Nr 180, poz. 1325).

**Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie  
działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji  
wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników  
ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy  
technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności  
oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a  
otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były  
możliwie małe.**

**Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność  
w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie  
ludzi i środowisko.**

**W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności  
do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.**

**Sporządził:  
Inspektor Ochrony Radiologicznej  
Mgr Jolanta Gawlińska**

**Zatwierdził:**  
Dr n. med. Mariusz K. Wojtowicz  
MB, UZP  
Prezes Zarządu  
Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.